



Wrocław, dnia 21.01.2019 r.

Dotyczy: Postępowania, którego przedmiotem jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowych dygestoriów (dalej: urządzenie/sprzęt) wraz z kompletną dostawą, instalacją oraz uruchomieniem.

Nr postępowania: NANOPURE-1/01/2019

Do Wykonawców

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Informujemy, że w dniu 21.01.2019 wpłynęło do Zamawiającego poniższe zapytanie:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści dygestorium chemiczne wolnostojące o szerokości komory roboczej wynoszącej 1412 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza oferty na dygestoria laboratoryjne o szerokości komory roboczej wynoszącej 1412 mm.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający modyfikuje element specyfikacji dotyczący wymiarów komory roboczej dygestoriów.

Czas na złożenie oferty zostaje wydłużony do 23.01.2019r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferty złożone na wzorach dokumentów opublikowanych w dniu 14.01.2019r. są aktualne i nie muszą być aktualizowane w związku dopuszczeniem dygestoriów o mniejszej szerokości komory roboczej.

Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Prosimy uwzględnić je w sporządzanej ofercie.

W imieniu Zamawiającego




nanopure