

Wrocław, dnia 15.03.2021 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr NANOPURE-01/02/2021 pn. „Zakup i dostawa sprzętu i aparatury badawczej: część I: Urządzenie do pomiaru przewodności proszków wraz z praską/tabletkarką; część II: Szafa ognioodporna; część III: Dygestorium; część IV: Analizator termogravimetryczny (TGA); część V: Zestaw wag: waga analityczna (200g); waga techniczna (2kg); waga techniczna (5kg); część VI: Chłodziarko-zamrażarka; część VII: Suszarka laboratoryjna; część VIII: Demineralizator; część IX: Prasa do naczynek typu „COIN-CELL”; część X: Homogenizator kulowy; część XI: Tester baterii.”

Do Wykonawców

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Informujemy, że 11.03.2021 do postępowania NANOPURE-01/02/2021 wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1.

Dotyczy Część X - Homogenizator kulowy:

Czy Zamawiający akceptuje urządzenie o wydajności roboczej 180-1800 obr/min zamiast 200 - 1400 obr/min?

Odpowiedź na pyt.1:

Podany zakres wydajności roboczej jest minimalnym zakresem pracy. Oczywiście szerszy zakres, który obejmuje przytoczony zakres, jest jak najbardziej akceptowalny.

Pytanie 2.

Dotyczy Część X - Homogenizator kulowy:

Czy zamawiający akceptuje urządzenie o wadze 42 kg zamiast 30 kg?


Odpowiedź na pyt. 2:

Tak, Zamawiający akceptuje wyższą wagę urządzenia.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 31.03.2021r.

Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Prosimy uwzględnić je w sporządzanej ofercie.

W imieniu Zamawiającego


NANOPURE SP. Z O.O.
UL. POSTĘPU 14B
02-676 WARSZAWA
NIP 8982207987 REGON: 022445110