



Wrocław, dnia 28.03.2022 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr NANOPURE-01/03/2022 pn. „Zakup i dostawa sprzętu, wyposażenia i aparatury badawczej: część I: Komora rękawicowa; część II: Tester baterii.; część III: Elementy wyposażenia laboratorium A i B”

Do Wykonawców

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Informujemy, że 25.03.2022 do postępowania NANOPURE-01/03/2022 wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1 - Dotyczy części III – Elementy wyposażenia laboratorium A i B

Co Zamawiający ma na myśli poprzez rozruch, przeprowadzenie prób, testów i innych czynności niezbędnych do uruchomienia urządzeń opisanych w przedmiocie zamówienia koniecznych do wykonania przez Wykonawcę? Pytanie jest w odniesieniu do części III, czyli szafy i dygestorium.

Odpowiedź na pyt.1:

Warunek ten zostanie spełniony w momencie uruchomienia i stwierdzenia prawidłowego działania dygestorium oraz ustawienia i wypoziomowania szafy.

Pytanie 2 - Dotyczy części III – Elementy wyposażenia laboratorium A i B

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy szafy i dygestorium do 14 tygodni lub podzieli to zadanie na osobne części?

Odpowiedź na pyt.2:

Zamawiający NIE wyraża zgody na podział zamówienia w tej części. Wyraża natomiast zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 14 tygodni w części III postępowania NANOPURE 01/03/2022.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający zaakceptuje oferty z terminem dostawy sprzętu w części III nie dłuższym niż 14 tygodni. Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. dnia 07.04.2022r.

Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Prosimy uwzględnić je w sporządzanej ofercie.

W imieniu Zamawiającego



nanopure

NANOPURE SP. Z O.O.
UL. POSTĘPU 14B
02-676 WARSZAWA
NIP: 8982207987 REGON: 022445110

Justa Tuzel